

**ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТХК 9414**



Свидетельство об утверждении типа средств измерений RU.С.32.004.А № 42313, Регистрационный № 46538-11

Сертифицированы в Респ. Казахстан № KZ.02.03.04252-2011/46538-11  
Сертифицированы в Республике Беларусь № РБ 03 10 4830 12

**Назначение:**

Для измерения температуры головки прядильной машины и нагревательного утюга машины горячей вытяжки.

**Технические характеристики** по ТУ 4211-088-02566540-2010.


**Пример записи при заказе:**

«Преобразователь термоэлектрический ТХК 9414-02 У2 ТУ 4211-088-02566540-2010»



диапазон измеряемых температур, °С	0...+300
номинальная статическая характеристика	ХК(L)
класс допуска	2
показатель тепловой инерции, с	8
степень защищенности от пыли и воды	IP00
материал защитной арматуры	медь М3; латунь Л63
исполнение рабочего спая	не изолирован
устойчивость к вибрации	группа исп. L3
вид климатического исполнения	У2, Т2
средняя наработка до отказа, ч	50000

Конструктивное исполнение	Размеры, мм				Масса, кг
	L	l	d	D	
-00	500	30	3,0	5,5	0,02
-01	1000				0,03
-02	2000				0,04
-03	500	20	5,0	7,5	0,02
-04	1000				0,03
-05	2000				0,04



**По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:**

Астана +7(7172)727-132, Волгоград(844)278-03-48, Воронеж(473)204-51-73, Екатеринбург(343)384-55-89, Казань(843)206-01-48, Краснодар(861)203-40-90, Красноярск(391)204-63-61, Москва(495)268-04-70, Нижний Новгород(831)429-08-12, Новосибирск(383)227-86-73, Ростов-на-Дону(863)308-18-15, Самара(846)206-03-16, Санкт-Петербург(812)309-46-40, Саратов(845)249-38-78, Уфа(347)229-48-12  
[www.omsketalon.nt-rt.ru](http://www.omsketalon.nt-rt.ru) || [ots@nt-rt.ru](mailto:ots@nt-rt.ru)